



分析证明书

三卤甲烷 混标

产品编号: C-388L
批号: 260206108
生产日期: 2026/2/6

保质期: 2032/10/31
基质/溶剂: 甲醇
危害: 刺激, 易燃

中文名	CAS	纯度	质量浓度 ± 不确定度 (ug/mL)
二氯溴甲烷	75-27-4	98%	200 ± 1.4
三溴甲烷	75-25-2	96%	200 ± 1.4
氯仿	67-66-3	100%	200 ± 1.4
一氯二溴甲烷	124-48-1	98%	200 ± 1.4

包装、储存及使用说明

该标准物质以安瓿瓶熔封保存, 需2-8℃保存

1. 回温至室温
2. 轻轻上下翻转混匀
3. 检查是否由沉淀析出, 如有, 用超声使之重新溶解
4. 启封并汲取适量使用

溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。如有相应的 NIST标准物质可用, 原料纯度及不确定度会与其对照分析校验

方法: 浓度值通过容量法及质量法验证

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计溯源至 NIST, 每年校准一次

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

用途

- 分析仪器校准
- 分析方法验证
- 配制工作标准, 如校核标准
- 检测极限研究

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀, 批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.

Ken Grzybowski

Ken Grzybowski, Organics Department Manager

Hunter Fazler

Hunter Fazler, Quality Lead