

产品使用说明书

色度 质控样

产品ID: CQC-087
批号: 见证书 Lot Number

保质期: 见证书 Expiration(MM/DD/YYYY)
溶剂: 水
危害: 刺激

分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数
色度	Color	Color	1-75	见证书

包装、储存、使用说明

包装: 100mL
保存条件: 15-30°C

使用说明: **15-30°C 保存**

Study Mean: 能力验证值

Certified Concentration: 确认值

Acceptance Limits: 接受区间

- 即用型包装, 直接使用, 不需要稀释
- 该样品适用于所有色度分析方法
- 使用前翻转几次以混匀
- 根据方法汲取适量使用
- 每次用完后旋紧瓶盖

配制实验室认证资质

美国国家标准研究院-美国质量协会全 国家认证委员会: UL注册公司、IQNET国际认证联盟:
ISO Guide 34:2009 有证标准物质生产者 证号: AR-1571 ISO 9001:2008 质量管理体系 证号: 10002343 QM15
ISO/IEC 17025:2005 检测测试 证号: AT-1690
ISO/IEC 17043:2010 能力验证提供者 证号: AP-1693

实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。实际纯度详见证书。
天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。
温度计: 所有温度计按17025认证要求每年校准一次, 溯源至NIST。
玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性

此样品生产过程中已充分混匀, 确保其均匀性。

稳定性/保质期

稳定性基于确认值的长期短期监测结果。保质期基于长期的监测结果, 保证样品保质期内有效