

产品使用说明书

有机磷农药混标

产品ID: M-4615
批号: 见证书 Lot Number

保质期: 见证书 Expiration(MM/DD/YYYY)
溶剂: 甲醇
危害: 刺激、易燃

分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数
敌敌畏	Dichlorvos	62-73-7	200ppm	见证书
毒死蜱	Chlorpyrifos	2921-88-2	200ppm	见证书
对硫磷	parathion	56-38-2	200ppm	见证书
甲基对硫磷	parathion-methyl	298-00-0	200ppm	见证书
乐果	dimethoate	60-51-5	200ppm	见证书
马拉硫磷	malathion	121-75-5	200ppm	见证书
莠去津	Atrazine	1912-24-9	200ppm	见证书

包装、储存、使用说明

包装: 1.5mL

保存条件: 2-8°C

使用说明: Analyte Purity:分析项目原料纯度

Gravimetric Concentration:浓度 ± 扩展不确定度

该标准需回温至室温使用

上下翻转以混匀. 检查是否有沉淀, 如有沉淀, 可超声几分钟使之溶解。

打开安瓿瓶汲取适量使用

配制实验室认证资质

美国国家标准研究院-美国质量协会全 国家认证委员会:

ISO Guide 34:2009 有证标准物质生产者 证号: AR-1571

ISO/IEC 17025:2005 检测测试 证号: AT-1690

ISO/IEC 17043:2010 能力验证提供者 证号: AP-1693

UL注册公司、IQNET国际认证联盟:

ISO 9001:2008 质量管理体系 证号: 10002343 QM15

实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。实际纯度详见证书。

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计按17025认证要求每年校准一次, 溯源至NIST。

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性

此样品生产过程中已春分混匀, 确保其均匀性。

稳定性/保质期

稳定性基于确认值的长期短期监测结果。保质期基于长期的监测结果, 保证样品保质期内有效