

# 产品使用说明书

## 五氯苯酚

产品ID: S-3621

批号: 见证书 Lot Number

保质期: 见证书 Expiration(MM/DD/YYYY)

溶剂: 甲醇

危害: 刺激、易燃

分析项目	英文名	CAS	规格浓度	实际浓度及其他参数
五氯苯酚	Pentachlorophenol	87-86-5	1000ppm	见证书

### 包装、储存、使用说明

包装: 1.5mL

保存条件: 2-8°C

使用说明: Analyte Purity:分析项目原料纯度  
Gravimetric Concentration:浓度 ± 扩展不确定度

该标准需回温至室温使用

上下翻转以混匀. 检查是否有沉淀, 如有沉淀, 可超声几分钟使之溶解。

打开安瓿瓶汲取适量使用

### 配制实验室认证资质

美国国家标准研究院-美国质量协会全 国家认证委员会:  
ISO Guide 34:2009 有证标准物质生产者 证号: AR-1571  
ISO/IEC 17025:2005 检测测试 证号: AT-1690  
ISO/IEC 17043:2010 能力验证提供者 证号: AP-1693UL注册公司、IQNET国际认证联盟:  
ISO 9001:2008 质量管理体系 证号: 10002343 QM15

### 实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。实际纯度详见证书。

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计按17025认证要求每年校准一次, 溯源至NIST。

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

### 均匀性

此样品生产过程中已充分混匀, 确保其均匀性。

### 稳定性/保质期

稳定性基于确认值的长期短期监测结果。保质期基于长期的监测结果, 保证样品保质期内有效